

平成 31 年 3 月 吉日

お客様各位

ハナコメディカル株式会社  
埼玉県さいたま市浦和区元町 2-24-11  
電話 048(881)4101

## 製品仕様一部変更のお知らせ

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、弊社製品『ハナコ・ディスポーザブルポリウレタンカテーテル』において仕様の変更を行う事となりましたのでご案内申し上げます。

現在、上記製品につきましては、先端部構造が「チップ有り」と「チップ無し」の 2 種類の製品を出荷しておりますが、今回、先端部構造を「チップ無し」の仕様へ統合させて戴く事になりました。「チップ有り」をご使用戴いております施設様におかれましては仕様の変更をお願い申し上げます。

仕様の変更の詳細につきましては下記をご参照ください。また切り替え時期につきましては在庫状況を踏まえ順次切り替えとさせていただきます。

尚、販売名称、承認番号、定価の変更はございませんが製品番号が変更となりますのでご留意戴きます様お願い申し上げます(下記参照)。

お客様各位に於かれましては大変ご迷惑をお掛け致しますがご理解頂きます様お願い申し上げます。今後も引き続き弊社製品を御愛顧くださいますよう重ねてお願い申し上げます。

### <仕様変更内容>

販売名 : ハナコ・ディスポーザブルポリウレタンカテーテル

承認番号 : 20100BZZ01856000

変更内容 : 先端部チップ無しへの変更

対象製品番号 : 製品番号に「NTPUEN」の記載がある製品

例 : 391-50-NTPUEN-1000-2P-SHO

※変更後は「NTPU」となります。

例 : 391-50-NTPU-1000-2P-SHO

※詳細につきましては弊社営業担当者又は弊社代理店へお問い合わせ下さい。